

## 自動体外式除細動器の管理仕様書

## 1 設置場所

指定管理者は、出入口付近など人目につきやすい場所に山梨県教育委員会から貸与を受けた自動体外式除細動器（AED）及び壁掛け収納ボックスを設置し、救命の用に供すること。

## 2 保守点検

指定管理者は、目視による日常点検の他、月に一度機器が正常に作動するか確認を行い、機器の異常を発見した場合は、早急に対応すること。

## 3 消耗品等の交換

指定管理者は、定期的にAEDの部品等（本体バッテリー・電極パッド・収納ボックスの乾電池）の補充・交換を行うこと。

項目	交換・補充等の時期
バッテリー交換	寿命待機状態（未使用）で5年弱 （最終交換年月平成23年1月） 使用頻度に応じて交換
電極パッド交換	2年弱ごとに交換 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 成人用パッド （最終交換年月平成22年6月） ※平成24年2月交換予定</li> <li>・ 小児用パッド （最終交換年月平成22年9月） ※平成24年8月交換予定</li> </ul> 使用の都度交換
乾電池交換	必要の都度

## 4 使用報告

指定管理者は、AEDを用いて救命活動が行われた際には、その都度、山梨県教育委員会に報告すること。