

事務連絡
平成22年8月16日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
厚生労働省医薬食品局安全対策課

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について」
の訂正について

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について（平成22年7月26日薬食発0726第3号厚生労働省医薬食品局長通知）」につき、今般、訂正すべき事項があることから、下記のとおり差し替え訂正方よろしくお願いいたします。

記

1. 別紙「製造販売業者等により回収が行われた製品」訂正（下線部修正）

誤	正（下線部修正）
株式会社アネス	エア・ウォーター防災株式会社
TEL:04-2960-1820	品質保証・安全総括部 品質保証部 TEL:078-992-1404

※同社の事業統合による。

2. 1. の訂正については、別紙訂正資料も参考にされたいこと。

【別紙】

製造販売業者等により回収が行われた製品

製造販売業者等	製品名	連絡先	今回の確認(平成20年11月～平成22年7月)による回収数量	【参考】平成13年当時の自主回収	
				回収クラス分類	回収数量
五十嵐医科工業 (平成20年11月に 回収命令)	① ORジャクソリース セット ② Bスイムジャクソリ ース セット	五十嵐医科工業株式会社 担当 (安全管理責任者 五十嵐) TEL:03-3812-6101	342	クラスI	423
			792		3,867
アコマ医科工業 (平成20年12月に 回収命令)	「アコマ麻酔機PRO」の 付属品であるジャクソ リース小児用麻酔回路	アコマ医科工業株式会社 担当 (安全管理部 早川) TEL:03-3811-4151	73	クラスI	497
エア・ウオーター防災 株式会社 (過去の輸入業者ア イカ、販売業者アネス)	デュパコ社製ノーマン ズケルボ	エア・ウオーター防災株式会社 品質保証・安全総括部 品質保 証部 TEL:078-992-1404	97	クラスII	209
小林製薬 (アトムデザインカル株 式会社より承継)	ジャクソリース蘇生回 路のうち垂直型エルボ を有する製品	小林製薬株式会社 小林デザイン カルカンパニー 薬事・品質保証部 品質保証課 TEL:06-6222-6606	39	クラスII	1,364

※ いずれの製品も現在は販売されていない。